


9933 TableWare v3 - Software de calibración de temperatura



Características principales

- Utiliza datos introducidos manualmente para los cálculos proporcionados por MET/TEMP II.
- Compatible con los sistemas operativos Windows 7, 8 y 10.

Descripción general del producto: 9933 TableWare v3 - Software de calibración de temperatura

TableWare calcula los coeficientes para RTD, termistores y termopares. Emplea ITS-90, IPTS-68, Callendar-Van Dusen y ecuaciones polinomiales. TableWare también genera tablas de temperatura vs. resistencia, temperatura vs. cocientes y temperatura vs. EMF.

Simplemente ingrese o importe los datos brutos de resistencia o tensión de sus calibraciones. TableWare genera coeficientes, calcula valores residuales y genera tablas útiles.

Las tablas y coeficientes pueden exportarse a un archivo de texto para su análisis en otros paquetes de software.

Asimismo, TableWare le permite generar tablas de coeficientes que pueden ingresarse manualmente. ¡No se requieren datos brutos!

TableWare v3.0 es compatible con los sistemas operativos Windows 7, 8 y 10 de Microsoft.

Modelos

The screenshot displays two windows from the 9933 TableWare v3 software. The 'Raw Data' window is titled 'Enter Raw Data for Thermocouple Coefficients:' and contains three columns of input fields: 'Reference Temperatures', 'UUT Voltages', and 'CJC Readings'. The 'Reference Temperatures' column has values 231.928000, 419.527000, 660.323000, 961.780000, and 1204.860000. The 'UUT Voltages' column has values 1.712200, 3.440200, 5.850500, 8.139100, and 12.000700. The 'CJC Readings' column is empty. The 'Coefficients and Residuals' window shows the results of the calculations for Model 5626, Serial 123456. It includes sections for 'Coefficients', 'Set-points and Residuals', and 'Corrected Coefficients'.

Raw Data Window:

Reference Scale	UUT Scale	CJC Scale
☒ °C	☒ mV	☒ °C
☐ °F	☐ uV	☐ °F

Reference Temperatures:

231.928000
419.527000
660.323000
961.780000
1204.860000

UUT Voltages:

1.712200
3.440200
5.850500
8.139100
12.000700

CJC Readings:

Coefficients and Residuals Window:

Results of Coefficient Calculations:

These are the results of the coefficient calculations for Model 5626 Serial 123456:

Coefficients:

Deviations:

- c[1] = 2.06238109 E-02
- c[2] = 1.12832759 E-05

Set-points and Residuals:

231.928000°C	-0.001376mV
419.527000°C	0.000013mV
660.323000°C	0.000925mV
961.780000°C	-0.000122mV
1204.860000°C	-0.000151mV

Corrected Coefficients:

- c[1] = 5.38250328 E-00
- c[2] = 1.26047122 E-02
- c[3] = 2.35077363 E-05
- c[4] = 3.22028823 E-08
- c[5] = 3.31485196 E-11
- c[6] = 2.55744252 E-14
- c[7] = -1.25068871 E-17
- c[8] = 2.71443176 E-21

9933-V3

SoftWare TableWare para cálculo de coeficientes y creación de tablas

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.
(800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-ec

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
04/2025

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.