

Fluke 60 Serisi El Tipi Infrared Termometreler



Temel özellikler

Bu el tipi taşınabilir cihazlar, profesyonellerin ısıtma ve havalandırma problemlerini araştırmalarını, elektrik motorlarının ve elektrik panellerinin durumlarını izlemelerini ve araba arızalarını kolayca tespit etmelerini sağlarlar.

Fluke 61:

- Parlak lazer ışık sayesinde hedef kolay saptanır
- Veriler göstergede bir bakışta görülebilir
- Darbe emici kılıf dayanıklılığı artırır
- 275 °C'ye (525 °F) kadar 0.2 °C (0.5 °F) çözünürlük
- Arka ışık karanlıkta ekranı aydınlatır
- 7 saniye sonra otomatik olarak uyku moduna geçerek pil ömrünü uzatır
- Alkalın piller tipik olarak 4000 ölçüm yapılmasını sağlar.

Fluke 63:

- Yüksek çözünürlüklü optik aksam
- Yüksek doğruluk: %1 ve tekrarlanabilirlik: 0.5 %
- MAKS sıcaklık göstergesi
- Lazerle hedef bulma
- Arka ışıklı gösterge
- 535 °C'ye (999 °F) kadar genişletilmiş ölçüm kademesi

Ürün İncelemesi: Fluke 60 Serisi El Tipi Infrared Termometreler

Fluke, 20 yılı aşan termometre deneyimi sayesinde sıcaklık konusunu bilmektedir. Günümüzde, çok çeşitli uygulamalar için, en son model temassız IR sıcaklık test cihazlarını, problemleri, aksesuarları ve uygulama uzmanlığımızı sunmaktayız. Ve Fluke, cihazlarını endüstrideki en iyi garanti ve en yüksek sınıf müşteri hizmetleri ile desteklemektedir.

Ulaşılmaması zor, sıcak, dönen veya tehlikeli yerlerde sıcaklık ölçmek için, dayanıklı Fluke 60 serisi IR termometre alın. -40°C ile 760°C arası sıcaklıklarda doğru okumalar yapın (-40 °F ile 1400 °F arası). Ayrıca, gelişmiş optik düzenek çok uzaktaki küçük nesnelere de ölçmenizi sağlar. Tüm bunlar, kolay kullanılabilir bir el tipi cihaz ile yapılabilir.

Özellikler: Fluke 60 Serisi El Tipi Infrared Termometreler

Teknik Özellikler

Zayıf aydınlatmalı alanlar için arka ışıklı gösterge	Fluke 61	Evet
	Fluke 63	Evet
Sıcaklık okumalarını tutar	Fluke 61	Evet
	Fluke 63	Evet
Kademe	Fluke 61	-18 ile 275 °C arası (-0 ile 525 °F arası)
	Fluke 63	-32 ile 535 °C arası (-25 ile 999 °F arası):
MIN/MAKS/ORT	Fluke 61	Geçerli değil
	Fluke 63	MAKS
Veri toplama	Fluke 61	Geçerli değil
	Fluke 63	Geçerli değil
Mesafe/nokta oranı	Fluke 61	08:01
	Fluke 63	12:01
Hi-Lo Alarm	Fluke 61	Geçerli değil
	Fluke 63	Evet
Opsiyonel RTD prob (temas sıcaklık ölçümü)	Fluke 61	Geçerli değil
	Fluke 63	Geçerli değil
Emissivite	Fluke 61	0.95'te sabit
	Fluke 63	0.95'te sabit

Ölçüm Doğruluğu

Fluke 61	-18 °C (0 °F) ile -1 °C (30 °F) arası	$\pm 3 \text{ °C (5 °F)}$
	-1 °C (30 °F) ile 275 °C (525 °F) arasının üstünde	$\pm \%2$ okuma veya 2 °C (3.5 °F)
		(Cihaz 23-25 °C arasında stabil iken)
Fluke 63	-32 ile -26 °C arası (-25 ile -15 °F arası):	$\pm 3 \text{ °C (}\pm 5 \text{ °F)}$
	-26 ile -18 °C arası (-15 ile 0 °F arası):	$\pm 2.5 \text{ °C (}\pm 4 \text{ °F)}$
	-18 ile 23 °C arası (-0 ile 73 °F arası):	$\pm 2 \text{ °C (}\pm 3 \text{ °F)}$
		23 °C'nin (73 °F) üstündeki hedefler için: okumanın $\pm \%1$ 'i veya $\pm 1 \text{ °C (}\pm 2 \text{ °F)}$, hangisi büyükse

Modeller



Fluke 61

Infrared Termometre

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke TURKIYE
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com.tr

©2025 Fluke Corporation. All rights reserved.
Data subject to alteration without notice.
03/2025

Mer information:

U.S.A. (800) 443-5853 TR +31 (0)40 267 5100 Canada
(905) 890-7600 Övrigt +1 (425) 446-5500

**Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.**